

SMITH & NEPHEW RECORD	
ITEM:	Allewyn Non-Adhesive Cavity IFU (Russian)
CODE:	
THIS BSC:	xxxxxxxx / 46608
PREV BSC:	
DATE:	07/02/2014
REVISION:	03

STRAWBERRY RECORD			
JOB NO:	1538		
DIMS:	90 x 210mm		
COLOURS	■ Black		
Match to coated stock PMS			
ARTWORK	MP	CHECKED	JW



ALLEVYN[®] CAVITY

Неадгезивная губчатая повязка из пенополиуретана для лечения глубоких ран

Не использовать повязку, если пакет был распечатан или поврежден!

Описание

Повязка ALLEVYN Cavity содержит частицы с высокой абсорбирующей способностью, инкапсулированные в мягкую перфорированную сотовидную пленку. Каждая повязка индивидуально упакована и стерилизована.

Механизм действия

Повязка ALLEVYN Cavity абсорбирует экссудат, поддерживает оптимально влажную раневую среду. Она заполняет объем раны, физически предотвращая преждевременное ее закрытие, не прилипает к поверхности раны.

Показания к применению

Лечение глубоких ран заживающих вторичным натяжением, а именно пролежневых язв III и IV степени, глубоких язв нижних конечностей; ран после иссечения тканей; послеоперационных ран, осложненных трещинами.

Инструкция по применению

- 1 Очистите рану согласно стандартной процедуре.
- 2 Выберите повязку соответствующего размера или комбинацию повязок, подходящего размера и введите в полость раны рукой в стерильной перчатке.
- 3 Заполните количество заложенных в рану повязок в стационарной карте пациента.
- 4 Закрепите повязку на месте с использованием фиксирующей повязки, например, OPSITE[®] FLEXIGRID[®]. Также можно использовать абсорбирующую прокладку типа MULTISORB[®] или MELOLIN[®] вместе с фиксирующей повязкой, например, HYPAFIX[®] или бинтом, например, TENSOPPLUS[®] Lite. Второй вариант рекомендуется, когда кожа вокруг раны очень чувствительная.

5 Для исключения прилипания повязки к перчаткам или инструментам, рекомендуется смочить пальцы в перчатках и инструменты стерильным физиологическим раствором

Примечание А: В некротических и гнойно-фибринозных ранах повязка ALLEVYN Cavity может использоваться совместно с гелем INTRASITE[®].

Примечание В: При необходимости ALLEVYN Cavity можно использовать с растворами антибиотиков для наружного применения. Также см. Меры предосторожности.

Частота смены повязки

Частота смены повязок зависит от уровня экссудации раны. Меняйте повязку, когда вторичная повязка приподнимается или экссудат просачивается наружу. Повязку ALLEVYN Cavity можно оставлять в ране до 7 дней.

Удаление повязки

Снимите вторичную повязку и аккуратно удалите ALLEVYN Cavity рукой в стерильной перчатке.

Меры предосторожности

Данный продукт предназначен для однократного применения.

Избегайте использования пинцета для заполнения повязкой полости раны, чтобы не проткнуть повязку. Обязательно учитывайте количество повязок при аппликации и удалении.

Не применяйте повязки ALLEVYN Cavity вместе с такими окислителями, как растворы гипохлорита (например, EUSOL (ЭУСОЛ)) или перекиси водорода.

Ассортимент

Код	Размер	Штук в упаковке
66007326	5см Круглая	10
66007327	10см Круглая	5
66007328	9см x 2,5см Цилиндрическая	10
66007329	12см x 4см Цилиндрическая	5

СТЕРИЛЬНО R Хранить в сухом месте при температуре не выше <25°C (77°F). Для однократного применения. Для ран со средней и высокой степенью экссудации. Радиационный метод стерилизации. Внимание! Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Неадгезивная повязка.

Производитель

Smith & Nephew Medical Limited,
101 Hessele Road, Hull HU3 2BN, Англия
*Торговые марки Smith & Nephew ©Smith & Nephew 2013
46608

