

SMITH & NEPHEW RECORD	
ITEM:	IV3000 Frame Delivery IFU (Russian)
CODE:	
THIS BSC:	xxxxxxxx / 55072
PREV BSC:	
DATE:	22/12/2014
REVISION:	03

STRAWBERRY RECORD			
JOB NO:	1911		
DIMS:	90 x 210mm		
COLOURS	■ Black		
Match to coated stock PMS			
ARTWORK	MP	CHECKED	HB

(RU)

smith&nephew

IV3000[®] FRAME DELIVERY

Паропроницаемая повязка для фиксации канюль и катетеров

СТЕРИЛЬНО 

Для одноразового использования. Стерилизовано окисью этилена. Стерильно при ненарушенной упаковке. Хранить в сухом месте (<25 °C/77 °F).

Описание

IV3000 — это паропроницаемая прозрачная пленочная повязка, специально предназначенная для фиксации катетера и защиты места внутривенного введения.

Механизм действия

IV3000 изготовлена из уникальной пленки REACTIC, являющейся воздухопроницаемой и обладающей значительно большей проницаемостью для водяного пара, чем обычная пленка. Пленка является водонепроницаемой и непроницаемой для жидкостей, бактерий и вирусов, и пока повязка остается неповрежденной, она защищает место внутривенного введения от внешнего загрязнения. Эти свойства позволяют сохранить место введения катетера сухим, снижают вероятность мацерации и колонизации кожи, тем самым уменьшая риск инфекций, связанных с использованием катетера. Кроме того, повязка накладывается легко и асептически, а благодаря специальной структуре клеящего слоя снижаются болевые ощущения при снятии. IV3000 покрыта нераздражающим и несенсибилизирующим адгезивом. Также повязка обеспечена стерильными фиксирующими полосками медицинского класса и контрольной биркой.

Инструкция по применению

Очистите и тщательно высушите область наложения.

- Снимите фиксирующие полоски с печатной бумажной подложки (2) и наложите соответствующим образом, убедившись, что полоски не закрывают место введения. Полоски могут использоваться на крыльях или основании катетера для повышения безопасности и закрепления катетера по длине. Удалите центральную часть (1) с рифленой поверхности.
- Снимите печатную бумажную подложку (2) с повязки.
- Поместите повязку над местом введения катетера. Наложите повязку на основание катетера и приклейте повязку к коже пациента. Оберните пленку вокруг катетера.

- Снимите бумажную рамку при помощи язычка и разгладьте края, чтобы завершить наложение повязки.
- В соответствии с местными клиническими протоколами информация может быть записана шариковой ручкой на контрольной бирке перед снятием с подложки и помещением в историю болезни пациента, на кожу или на повязку (не закрывая обзор места установки катетера).
- При использовании более чем одной повязки не допускайте перекрытия повязок.
- Снимите повязку, ослабив пленку и растягивая повязку параллельно коже пациента, одновременно удерживая кожу пациента и катетер другой рукой. Также можно использовать спирт, чтобы разрушить клеящий слой. В случае особенно чувствительной кожи для нарушения адгезии можно использовать теплую воду и мыло, а затем осторожно снять повязку.

Показания

Подходит для центральных, периферических, эпидуральных и педиатрических катетеров.

Противопоказания

Повязка должна использоваться только в местах внутривенного введения или местах введения эпидуральной анестезии. Если необходима пленочная повязка для открытых ран, таких как пролежни, ожоги или донорские участки, следует использовать OPSITE[®] FLEXIGRID[®]. Фиксирующие полоски и контрольная бирка не предназначены для использования в качестве замены швов и других первичных методов закрытия ран.

Меры предосторожности

Используйте только на подготовленной сухой коже. Не накладывайте повязки друг на друга и не допускайте перекрытия повязок. Периодически проверяйте место повязки и катетера, чтобы удостовериться, что фиксация является надежной и вливание происходит непрерывно и надлежащим образом, в особенности после принятия ванны или душа или намокания места повязки и катетера. Если повязка отсоединится, убедитесь, что катетер установлен правильно, а затем наложите новую повязку. Как и в случае других клеящихся изделий, накладывайте и снимайте осторожно, чтобы не допустить повреждения чувствительной или слабой кожи.

Доступность продукта

Код	Размер	Показание
59410082	6 см x 7 см 2 3/8 дюйма x 2 3/4 дюйма	Периферические без отверстия 100 шт. в коробке катетеры
59410882	10 см x 12 см 4 дюйма x 4 3/4 дюйма	Центральные катетеры 50 шт. в коробке

Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, England
 Торговые знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew Дата выдачи 12/2014
 www.smith-nephew.com

55072

CE

0086